

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6250-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ-ИМИТАНТ РАДИОАКТИВНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ СРЕД РАДИОНУКЛИДАМИ ЦЕРИЯ-144 + ПРАЗЕОДИМА-144, СОРПС-ЦЕ

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки и поверки радиометров и радиометрических установок, измеряющих радиоактивность объектов внешней среды, и аттестации СО II разряда.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.2001

Описание СО:

СО представляет собой сыпучий материал, изготовленный на основе эпоксидных смол и наполнителей в виде окислов металлов, меченный церием-144 + празеодимом-144. Объем СО (0.1...1.0) дмЗ.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
НПО ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

удельная активность радионуклидов церий-144 и празеодима-144 в образце, Бк/кг

Индекс	Аттестованная	Влияющие	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	----------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	величины	значение	величины	погрешности $\pm\delta^*$	
	Удельная активность источника		6.7E+3	Бк/кг	5	О

* при доверительной вероятности 0.99

*** А - абсолютная, О - относительная.