

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6197-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СЛЮДЫ ФЛОГОПИТ (ФМА)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава слюды флогопит и материалов на ее основе (ТУ 21-25-241-80).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1996

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые банки по 50 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ГИПРОНИМЕТАЛЛУРУД

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	BaO	(0.8)	%		
01	SiO ₂ своб.	(1.2)	%		
01	F	(0.60)	%		
01	Потери массы при	(2.7)	%		

	прокаливании				
01	Fe2O3 общ.	6.89	%	0.09	A
01	SiO2	38.29	%	0.37	A
01	Al2O3	14.72	%	0.32	A
01	TiO2	0.70	%	0.02	A
01	MgO	23.81	%	0.33	A
01	CaO	0.42	%	0.05	A
01	K2O	9.54	%	0.20	A
01	Na2O	0.41	%	0.03	A
01	P2O5	0.057	%	0.007	A
01	SO3	0.025	%	0.008	A
01	MnO	0.068	%	0.005	A
01	FeO	3.51	%	0.20	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.