

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 6165-91

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ МЕДИ (9М)

**Назначение СО:**

СО предназначен для градуировки, поверки и аттестации анализаторов биологических жидкостей, контроля правильности результатов аналитических определений ионов меди в биологических жидкостях.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.09.1996

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде водного раствора хлорида меди, расфасованного в стеклянные ампулы по 5 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Грузия

**Изготовитель(и):**

НПО "ИСАРИ"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** использование государственных эталонов единиц величин

**Срок годности экземпляра СО:** 1 год

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

молярная концентрация ионов меди, ммоль/дм<sup>3</sup>

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
9М	Cu (II) - ион	(0.97 - 1.03)E-2	ммоль/дм <sup>3</sup>	< 1	О

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.