

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6164-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ ЦИНКА (3М)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки, поверки и аттестации анализаторов биологических жидкостей, контроля точности результатов аналитических определений ионов цинка в биологических жидкостях, аттестации методик выполнения измерений содержания ионов цинка в биологических жидкостях.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1996

Описание СО:

СО изготовлен в виде водного раствора хлорида цинка, расфасованного в стеклянные ампулы по 5 см³.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная концентрация ионов цинка, ммоль/дм³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Zn (II) - ион	(0.97 - 1.03)E-2	ммоль/дм ³	< 1	О
----	---------------	------------------	-----------------------	-----	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.