

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6163-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ФТОРИД-ИОНОВ
Назначение СО:

СО предназначен для поверки и аттестации ионоселективных электродов с фторидной функцией и градуировки иономеров.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1996

Описание СО:

СО изготовлен в виде водного раствора фтористого натрия (ГОСТ 4463-76), расфасованного в полиэтиленовые флаконы по (200-1000) см³.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):
НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация фторид-ионов, мг/дм³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \delta^*$	***
01	Фторид- ион	2000	мг/дм ³	< 3.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.