

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6147-91

Количество СО в комплекте: 7

Наименование СО: СО МУТНОСТИ (ФОРМАЗИНОВАЯ СУСПЕНЗИЯ) комплект 1
Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, аттестации и поверки анализаторов мутности питьевой воды.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1996

Описание СО:

комплект состоит из 7 СО. СО изготовлены на основе формазиновой суспензии, расфасованы в стеклянные бутылки емкостью 0.5 дм³.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):
НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
мутность, ЕМ/дм³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Мутность		20 - 150	ЕМ/дм ³	2.0	О
02	Мутность		20 - 150	ЕМ/дм ³	2.0	О

03	Мутность		20 - 150	ЕМ/дм3	2.0	О
04	Мутность		20 - 150	ЕМ/дм3	2.0	О
05	Мутность		20 - 150	ЕМ/дм3	2.0	О
06	Мутность		20 - 150	ЕМ/дм3	2.0	О
07	Мутность		20 - 150	ЕМ/дм3	2.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.