

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6137-91

Количество СО в комплекте: 10

Наименование СО: СО КОЭФФИЦИЕНТА НАПРАВЛЕННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ПРОПУСКАНИЯ И СПЕКТРАЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ (ОПТИЧЕСКИЕ СТЕКЛА) комплект

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации и поверки фотометрических и спектрофотометрических приборов и установок, служащих для определения свойств веществ и материалов методами сравнения.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1996

Описание СО:

комплект включает 10 СО. СО изготовлены из оптического стекла (ГОСТ 3514-76, ГОСТ 1530-86) в виде полированных прямоугольных пластин размером (20х40) мм, толщиной не более 4 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНЦ ГОИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

коэффициент направленного спектрального пропускания, %; спектральная оптическая плотность, Б в интервале длин волн (0,22...2,5) мкм

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Спектральный коэффициент пропускания		0.01 - 90	%	0.5	А
01	Спектральная оптическая плотность		0.04 - 5.0	Б	0.04	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.