

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6120-91

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА,
АТТЕСТОВАННЫЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА И ТРИАЦИЛГЛИЦЕРИДОВ
(комплект ХТ)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, поверки и метрологической аттестации аналитических приборов (фотоэлектроколориметров, анализаторов состава сыворотки крови и других), аттестации методик количественного анализа, используемых для определения молярной концентрации общего холестерина и триацилглицеридов в сыворотке крови человека, имеющих погрешность 6,0% отн. и 9,0% отн. соответственно.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1996

Описание СО:

комплект включает 2 СО. СО изготовлены из сыворотки негемолизированной донорской крови, расфасованной в инсулиновые флаконы из стекла НС-1 по 1,2 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИЦ ПРОФ. МЕДИЦИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная концентрация холестерина, триацилглицеридов, ммоль/л

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Холестерин	3.00 - 11.50	ммоль/л	2.00	О
01	Триацилглицериды	0.50 - 3.00	ммоль/л	3.50	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.