

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 6090-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ЦИАНИД-ИОНОВ

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (спектрометров, фотоколориметров и других) и контроля точности результатов анализа различных объектов окружающей среды на аттестованный элемент спектрофотометрическим и другими методами.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.05.2001

Описание СО:

СО изготовлен в виде раствора химических реактивов в растворителе, расфасован в стеклянные ампулы емкостью 6 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

СКТБ с ОП ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация цианид-ионов, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	CN-ион	0.95 - 1.05	мг/см3	1.0	О
----	--------	-------------	--------	-----	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.