

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 6087-91

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА РАСТВОРА БОРАТ-ИОНОВ

**Назначение СО:**

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (спектрометров, фотоколориметров и других) и контроля точности результатов анализа различных объектов окружающей среды на аттестованный элемент спектрофотометрическим и другими методами.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.05.2001

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде раствора химических реактивов в растворителе, расфасован в стеклянные ампулы емкостью 6 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**

СКТБ с ОП ФХИ АН УКРАИНЫ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая концентрация борат-ионов, мг/см<sup>3</sup>

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности<br>$\pm\delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|

|    |         |             |                    |     |   |
|----|---------|-------------|--------------------|-----|---|
| 01 | В - ион | 0.95 - 1.05 | мг/см <sup>3</sup> | 1.0 | О |
|----|---------|-------------|--------------------|-----|---|

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.