

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5981-91/5995-91

Количество СО в комплекте: 15

Наименование СО: СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ (РС1)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации и поверки рентгеноспектрометрических анализаторов типа СРМ-25 (ГОСТ 26752-85, ТУ 25-7405.001-85).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1996

Описание СО:

комплект включает 15 СО. СО изготовлены в виде дисков диаметром 50 мм, толщиной 20 мм. СО представляют собой композиции соединений элементов в твердой матрице, изготовленной из кремнийорганического каучука СКТВ с наполнителем (SiO₂).

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НПО "РУДГЕОФИЗИКА"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Са	1.000	%	0.025	А

02	Cr	1.000	%	0.009	A
03	Mn	1.000	%	0.017	A
04	Co	1.000	%	0.012	A
05	Ni	1.000	%	0.006	A
06	Cu	1.000	%	0.008	A
07	Zn	1.000	%	0.002	A
08	Zr	1.000	%	0.005	A
09	Mo	1.000	%	0.017	A
10	Cd	1.000	%	0.008	A
11	Sn	1.000	%	0.008	A
12	Ba	1.000	%	0.022	A
13	W	1.000	%	0.018	A
14	Pb	1.000	%	0.017	A
15	Bi	1.000	%	0.006	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.