

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5969-91/5971-91

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО ИЗОТОПНОГО СОСТАВА АЗОТА В НИТРАТЕ КАЛИЯ, МЕЧЕННОГО СТАБИЛЬНЫМ ИЗОТОПОМ АЗОТ-15 (АНК)

Назначение СО:

СО предназначены для контроля точности результатов измерений, аттестации методик выполнения измерений, а также аттестации и поверки средств измерений изотопного состава азота в нитрате калия, меченного стабильным изотопом азот-15, выпускаемого по ОСТ 95-10281-87.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2001

Описание СО:

СО изготовлены в виде порошка, расфасованного в стеклянные ампулы или полиэтиленовые банки по 1 г ... 10 г.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

ИСИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

атомная доля изотопа азот-15, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
АНК-1	Изотоп N-15	98.00 - 99.80	%	0.02	A
АНК-2	Изотоп N-15	90.00 - 98.00	%	0.03	A
АНК-3	Изотоп N-15	30.00 - 90.00	%	0.05	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.