

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5965-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА ТИТАНОВОГО АВТОКЛАВНОГО
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава титанового концентрата, полученного из естественного песчаника Ярегского месторождения республики Коми, на аттестованные компоненты.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2001

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 200 г.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

Институт титана

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов (в пересчете на сухую массу), %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	TiO ₂	85.0	%	0.83	A
01	SiO ₂	4.25	%	0.14	A
01	Fe ₂ O ₃	3.60	%	0.04	A

01	Al ₂ O ₃	3.23	%	0.19	A
01	CaO	0.24	%	0.02	A
01	MgO	0.28	%	0.02	A
01	V ₂ O ₅	0.040	%	0.006	A
01	ZrO ₂	1.05	%	0.06	A
01	Nb ₂ O ₅	0.10	%	0.01	A
01	P ₂ O ₅	0.20	%	0.01	A
01	S	0.0076	%	0.0009	A
01	C	0.050	%	0.001	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.