

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5917-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА С АЗОТОМ

Назначение СО:

СО предназначен для поверки и градуировки хроматографов и других аналитических приборов, аттестации методик выполнения измерений (ГОСТ 8.505-84).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2001

Описание СО:

СО изготовлен в виде смеси двуокиси углерода с азотом газообразным (ТУ 6-21-39-79), помещенной в стальные баллоны вместимостью до 5 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИОС

ПО "ГОРЬКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная доля определяемого компонента, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	CO2	10E-2 - 20	%	1 - 15	O
----	-----	------------	---	--------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.