

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5908-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СЕРЕБРА АЗОТНОКИСЛОГО
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава серебра, определяемого цианометрическим методом в кинофотоматериалах.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1994

Описание СО:

СО изготовлен в виде кристаллического порошка азотнокислого серебра (ТУ 48-1-700-86), расфасованного в стеклянные банки по 5 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия, Украина

Изготовитель(и):
НПО "СВЕМА"
ВНИИМСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
массовая доля азотнокислого серебра, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	AgNO ₃	99.85	%	0.04	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.