

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5819-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ДИАМЕТРА ЛАТЕКСНЫХ СФЕР НА ПОДЛОЖКЕ

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки и определения разрешающей способности растровых электронных микроскопов всех типов.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1996

Описание СО:

СО представляет собой совокупность латексных сфер примерно одинакового диаметра на поверхности островковой пленки золота, выращенной на пластине пирографита диаметром около 8 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИЦПВ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

диаметр латексных сфер на поверхности подложки, мкм

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Диаметр		0.51	мкм	0.05	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.