

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5796-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВЕРХНЕКАМСКОГО СИЛЬВИНИТА

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки и поверки измерителя "БЛИК-М", предназначенного для определения массовой доли калия в пересчете на KCl и K₂O, для контроля точности результатов радиометрических измерений состава сильвинита (ТУ 113-13-6-88).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2001

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые банки по 1500 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

УФ ВНИИГАЛУРГИИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля калия в пересчете на K₂O, KCl, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	К в пересчете на K ₂ O	19.64	%	0.07	А
01	К в пересчете на KCl	31.08	%	0.11	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.