

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5792-91

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА 50% СМЕСИ КАЛИЯ ХЛОРИСТОГО

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки и поверки измерителя "БЛИК-М", служащего для определения массовой доли калия в пересчете на KCl и K₂O, для контроля точности результатов радиометрических измерений состава хлористого калия (ГОСТ 4503-83, ТУ 113-13-13-88, ТУ 113-13-6-88).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2001

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые банки по 1500 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

УФ ВНИИГАЛУРГИИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля калия в пересчете на K₂O и KCl, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	К в пересчете на K ₂ O	32.00	%	0.09	A
01	К в пересчете на KCl	50.65	%	0.15	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.