

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1854-91П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА МЕТАФОСА

**Назначение СО:**

СО предназначен для поверки и градуировки хроматографов (МИ 137-77, ГОСТ 8.485-83), аттестации и контроля точности методик выполнения измерений содержания метафоса в объектах окружающей среды, технических продуктах и препаратах на их основе.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.2001

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные флаконы по 0.5 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИХСЗР

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля метафоса, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Метафос	не менее 98.5	%	0.7	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.