

Поверка

осуществляется по документам:

- ГОСТ OIML R 76-1-2011 - при статическом взвешивании;
- ГОСТ 8.647-2015 - при взвешивании в движении.