



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Автопрогресс-М»

А. С. Никитин

« ____ » _____ 2015 г.

Аппаратура геодезическая спутниковая
ЮГ С-82

Методика поверки

МП АПМ 74-15

г. Москва,
2015 г.

2

1. Методика поверки

Настоящая методика поверки распространяется на аппаратуру геодезическую спутниковую ЮГ С-82 (далее – аппаратура), производства «South Surveying & Mapping Instrument CO., LTD», КНР и устанавливает методику её первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками 1 год.

2. Операции поверки

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1.

№№ пункта	Наименование операции	Проведение операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
8.1.	Внешний осмотр	Да	Да
8.2.	Опробование	Да	Да
8.3.	Определение абсолютной и средней квадратиче-	Да	Да

	ской погрешностей измерений расстояний в режимах «Статика», «Быстрая статика»		
8.4.	Определение абсолютной и средней квадратической погрешностей измерений расстояний в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)»	Да	Да
8.5.	Определение абсолютной и средней квадратической погрешностей измерений расстояний в режиме «Дифференциальные кодовые измерения (DGPS)»	Да	Да

3. Средства поверки

При проведении поверки должны применяться эталоны, приведённые в таблице 2.

Таблица 2.

№ пункта документа по поверке	Наименование эталонов и их основные метрологические и технические характеристики
8.1	Эталон не применяются
8.2	Эталон не применяются
8.3-8.5	Фазовый светодальномер (тахеометр электронный) 1 разряда по ГОСТ Р 8.750-2011
8.3-8.4	Рулетка РЗНЗК по ГОСТ 7502-98

Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с точностью, удовлетворяющей требованиям настоящей методики поверки.

4. Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица, изучившие эксплуатационные документы на аппаратуру, имеющие достаточные знания и опыт работы с ней.

5. Требования безопасности

При проведении поверки, меры безопасности должны соответствовать требованиям по технике безопасности согласно эксплуатационной документации на аппаратуру, поверочное оборудование, правилам по технике безопасности, которые действуют на месте проведения поверки и правилам по технике безопасности при производстве топографо-геодезических работ ПТБ-88 (Утверждены коллегией ГУГК при СМ СССР 09.02.1989 г., № 2/21).

6. Условия проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные условия измерений:

- температура окружающей среды, °С (20±5)
- относительная влажность воздуха, % не более 80

3

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 84,0..106,7 (630..800)
- изменение температуры окружающей среды во время измерений, °С/ч не более 2

Полевые измерения (измерения на открытом воздухе) должны проводиться при отсутствии осадков и порывов ветра.

7. Подготовка к поверке

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверить наличие действующих свидетельств о поверке на средства поверки;
- аппаратуру и средства поверки привести в рабочее состояние в соответствии с их эксплуатационной документацией;

8. Проведение поверки

8.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие аппаратуры следующим требованиям:

- отсутствие коррозии, механических повреждений и других дефектов, влияющих на эксплуатационные и метрологические характеристики аппаратуры;
- наличие маркировки и комплектности согласно требованиям эксплуатационной документации на аппаратуру.

8.2. Опробование

При опробовании должно быть установлено соответствие аппаратуры следующим требованиям:

- отсутствие качки и смещений неподвижно соединенных деталей и элементов аппаратуры;
- правильность взаимодействия с комплектом принадлежностей;
- работоспособность всех функциональных режимов;
- идентификационные данные программного обеспечения (далее - ПО) должны соответствовать данным, приведённым в таблице 3.

Таблица 3.

Идентификационное наименование ПО	«HeziCode»	«GIStar»	«InStar»
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже	1.05	1.02.150612	1.0

Для идентификации ПО «HeziCode», установленного в приемник, необходимо включить приемник, установить в меню «Настройка» параметр «Идентификация ПО» (значение по умолчанию - «HeziCode») и нажать «ОК».

поключиться посредством беспроводной связи (виртуальный COM-порт) к модему. Появится информация о загрузке. В появившемся диалоговом окне загрузчика отображается наименование и версия ПО.

Для идентификации ПО «GISStar», установленного на контроллер, необходимо перейти во вкладку «About». В появившемся окне программы отображается наименование и версия ПО.

Для идентификации ПО «InStar», установленного на ПК, необходимо перейти во вкладку «About». В появившемся диалоговом окне программы отображается наименование и версия ПО.

8.3. Определение абсолютной и средней квадратической погрешностей измерений расстояний в режимах «Статика», «Быстрая статика»

Абсолютная и средняя квадратическая погрешности измерений расстояний в режимах «Статика», «Быстрая статика» определяется измерением не менее двух линий линейного базиса, действительные длины которых расположены в диапазоне (0,1 – 3,0) км.

Установить образцы аппаратуры над центрами пунктов эталонного базиса, и привести спутниковые антенны образцов к горизонтальной плоскости. Измерить высоту установки аппаратуры над центрами пунктов с помощью рулетки.

4

Включить аппаратуру и настроить её на сбор данных (измерений) в соответствующем режиме измерений, согласно требованиям руководства по эксплуатации.

Убедиться в нормальном ее функционировании и отсутствии помех приему сигналов со спутников. При наличии помех устранить их.

Провести одновременные измерения на образцах аппаратуры при условиях, указанных в таблице 4. Выключить аппаратуру согласно требованиям руководства по эксплуатации.

Выполнить обработку наблюдений с использованием штатного ПО к аппаратуре.

Абсолютная и средняя квадратическая погрешности измерений расстояний в режимах «Статика», «Быстрая статика» вычисляется по формуле:

$$\Delta_{1j} = S_j - S_{0j}, \text{ где}$$

Δ_{1j} - значение абсолютной погрешности измерений расстояний, мм;

S_{0j} - эталонное (действительное) значение j-й линии, мм;

S_j - измеренное значение j-й линии, мм;

Полученное значение Δ_{1j} не должно превышать значений абсолютной погрешности и удвоенных значений средней квадратической погрешности, указанных в описании типа.

8.4. Определение абсолютной и средней квадратической погрешностей измерений расстояний в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)»

Абсолютная погрешность измерений расстояний в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» определяется не менее чем 10-и кратным измерением линии линейного базиса, действительная длина которой расположена в диапазоне (0,1 – 3,0) км.

Установить образцы аппаратуры над центрами пунктов эталонного базиса, и привести спутниковые антенны образцов к горизонтальной плоскости. Измерить высоту установки аппаратуры над центрами пунктов с помощью рулетки.

Включить аппаратуру и настроить её на сбор данных (измерений) в соответствующем режиме измерений согласно требованиям руководства по эксплуатации.

Убедиться в нормальном ее функционировании и отсутствии помех приему сигналов со спутников. При наличии помех устранить их.

Провести одновременные измерения на образцах аппаратуры при условиях, указанных в таблице 4. Выключить аппаратуру согласно требованиям руководства по эксплуатации.

Абсолютная погрешность измерений расстояний в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» вычисляется по формуле:

$$\Delta_{2j} = S_j - S_{0j}, \text{ где}$$

Δ_{2j} - значение абсолютной погрешности измерений расстояний, мм;

S_{0j} - эталонное (действительное) значение j-й линии, мм;

S_j - измеренное значение j-й линии, мм;

За окончательный результат принять наибольшее из полученных значений Δ_{2j} .

Средняя квадратическая погрешность измерений расстояний в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» определяется по формуле:

$$m_{2j} = \sqrt{\frac{\sum (S_j - S_{0j})^2}{n}}, \text{ где}$$

m_{2j} - значение средней квадратической погрешности измерений расстояний, мм;

S_{0j} - эталонное (действительное) значение j-й линии, мм;

S_j - измеренное значение j-й линии, мм;

n - количество измерений j-й линии.

Полученное значение Δ_{2j} не должно превышать значений абсолютной погрешности, указанных в описании типа.

Полученное значение m_{2j} не должно превышать удвоенных значений средней квадратической погрешности, указанных в описании типа.

8.5. Определение абсолютной и средней квадратической погрешностей измерений расстояний в режиме «Дифференциальные кодовые измерения (DGPS)»

Абсолютная и средняя квадратическая погрешности измерений расстояний в режиме «Дифференциальные кодовые измерения (DGPS)» определяется не менее чем 10-и кратным измерением линии линейного базиса, действительная длина которой расположена в диапазоне (0,1 – 3,0) км.

Установить образцы аппаратуры над центрами пунктов эталонного базиса, и привести спутниковые антенны образцов к горизонтальной плоскости. Измерить высоту установки аппаратуры над центрами пунктов с помощью рулетки.

Включить аппаратуру и настроить её на сбор данных (измерений) в режиме «Дифференциальные кодовые измерения (DGPS)» согласно требованиям руководства по эксплуатации.

Убедиться в нормальном ее функционировании и отсутствии помех приему сигналов со спутников. При наличии помех устранить их.

Провести одновременные измерения на образцах аппаратуры при условиях, указанных в таблице 4

Выключить аппаратуру, согласно требованиям руководства по эксплуатации

Выполнить обработку наблюдений по штатному ПО к аппаратуре.

Абсолютная погрешность измерений расстояний в режиме «Дифференциальные кодовые измерения (DGPS)» вычисляется по формуле:

$$\Delta_{3j} = S_j - S_{0j}, \text{ где}$$

Δ_{3j} - значение абсолютной погрешности измерений расстояний, мм;

- эталонное (действительное) значение j-й линии, мм;

S_j - измеренное значение j-й линии, мм;

За окончательный результат принять наибольшее из полученных значений Δ_{3j} .

Средняя квадратическая погрешность измерений расстояний в режиме «Дифференциальные кодовые измерения (DGPS)» вычисляется по формуле:

$$m_{3j} = \sqrt{\frac{\sum (S_j - S_{0j})^2}{n}}, \text{ где}$$

m_{3j} - значение средней квадратической погрешности измерений расстояний, мм;

S_{0j} - эталонное (действительное) значение j-й линии, мм;

S_j - измеренное значение j-й линии, мм;

n - количество измерений j-й линии.

Полученное значение Δ_{3j} не должно превышать значений абсолютной погрешности, указанных в описании типа.

Полученное значение m_{3j} не должно превышать удвоенных значений средней квадратической погрешности, указанных в описании типа.

Таблица 4

Режим измерений	Кол-во спутников, шт	Время измерений, мин	Интервал между эпохами, с.
Статика	≥ 6	30÷60	1
Быстрая статика		5÷15	1
Кинематика в реальном времени (RTK)		0,05÷0,20	1
Дифференциальные кодовые измерения (DGPS)»			

* - Проверка проводится при устойчивом закреплении аппаратуры над пунктами, открытом небе-
своде, отсутствии электромагнитных помех и многолучевого распространения сигналов спутни-
ков, а также при хорошей конфигурации спутниковых группировок.

9. Оформление результатов поверки

9.1. Результаты поверки оформляются протоколом, составленным в виде сводной таблицы ре-
зультатов поверки по каждому пункту раздела 8 настоящей методики поверки с указанием число-
вых значений результатов измерений и их оценки по сравнению с допускаемыми значениями.
Рекомендуемый образец протокола поверки приведен в Приложении.

9.2. При положительных результатах поверки аппаратура признается годной к применению, и на
неё выдается свидетельство о поверке установленной формы с указанием фактических результатов
определения метрологических характеристик. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке
в виде наклейки, и (или) оттиска поверительного клейма.

9.3. При отрицательных результатах поверки аппаратура признается непригодной к применению,
и на неё выдается извещение о непригодности установленной формы с указанием основных при-
чин.

Инженер ООО «Автопрогресс-М»

Скрипкина Т.А.

7

ПРИЛОЖЕНИЕ (Рекомендуемый образец протокола поверки)

ПРОТОКОЛ №

Дата и время проведения поверки:

Условия проведения поверки:

Внешний осмотр:

Требования	Результаты поверки
отсутствие коррозии, механических повреждений и дру- гих дефектов, влияющих на эксплуатационные и метро- логические характеристики аппаратуры	
наличие маркировки и комплектности согласно требова- ниям эксплуатационной документации на аппаратуру	

Опробование:

Требования	Результаты поверки
отсутствие качки и смещений неподвижно соединенных деталей и элементов аппаратуры	
правильность взаимодействия с комплектом принадлеж- ностей	
работоспособность всех функциональных режимов	
наименование ПО, номер его версии	

Результаты поверки в режиме «Статика»:

	Заявляемое тре-	Заявляемое требо-
	вание	вание

Эталонное значение базиса, мм		Результат измерений, мм		Погрешность измерений, мм		Заявляемое требование абсолютной погрешности, не более, мм		Заявляемое требование средней квадратической погрешности, не более, мм	
в плане	по высоте	в плане	по высоте	в плане	по высоте	в плане	по высоте	в плане	по высоте

Результаты поверки в режиме «Быстрая статика»:

Эталонное значение базиса, мм		Результат измерений, мм		Погрешность измерений, мм		Заявляемое требование абсолютной погрешности, не более, мм		Заявляемое требование удвоенной средней квадратической погрешности, не более, мм	
в плане	по высоте	в плане	по высоте	в плане	по высоте	в плане	по высоте	в плане	по высоте

Результаты поверки в режиме «Кинематика в реальном времени»:

Эталонное значение базиса, мм	Результат измерений, мм	Погрешность измерений, мм	Заявляемое требование абсолютной погрешности, не более, мм

8

						более, мм	
в плане	по высоте	в плане	по высоте	в плане	по высоте	в плане	по высоте

Средняя квадратическая погрешность измерений, в плане, мм – ...

Заявляемое требование удвоенной средней квадратической погрешности, в плане, мм – ...

Средняя квадратическая погрешность измерений, по высоте, мм – ...

Заявляемое требование удвоенной средней квадратической погрешности, по высоте, мм – ...

Результаты испытаний в режиме «Дифференциальные кодовые измерения (DGPS)»:

Эталонное значение базиса, мм		Результат измерений, мм		Погрешность измерений, мм		Заявляемое требование абсолютной погрешности, не более, мм	
в плане	по высоте	в плане	по высоте	в плане	по высоте	в плане	по высоте

Средняя квадратическая погрешность измерений, в плане, мм – ...

Заявляемое требование удвоенной средней квадратической погрешности, в плане, мм – ...

Средняя квадратическая погрешность измерений, по высоте, мм – ...

Заявляемое требование удвоенной средней квадратической погрешности, по высоте, мм – ...