

**Федеральное государственное унитарное предприятие
Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологической службы
(ФГУП «ВНИИМС»)**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
производственной метрологии
ФГУП «ВНИИМС»



Иванникова

Н.В. Иванникова

" 18 " августа 2016 г.

**Система измерительная автоматизированная
диспетчерского контроля и управления**

АСДКУ ВСВ.

Методика поверки.

МП 201-003-2016

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ	3
2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	3
3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	4
4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	4
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ	4
7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	5
8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	7

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий документ распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) системы измерительной автоматизированной диспетчерского контроля и управления АСДКУ ВСВ, зав. № 01, принадлежащей Восточной станции водоподготовки АО «Мосводоканал», г. Москва, и устанавливает требования к методике их первичной и периодической поверок (для ИК, используемых в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений).

Система измерительная автоматизированная диспетчерского контроля и управления АСДКУ ВСВ (далее – АСДКУ или система) предназначена для непрерывного измерения и контроля параметров качества воды (мутности, цветности, щелочности, содержания в воде остаточного хлора, алюминия и аммония, уровня рН), а также уровня воды в резервуарах питьевой воды, контактных резервуарах, аванкамерах, скважинах и бьефах Восточной станции водоподготовки (ВСВ) АО «Мосводоканал».

Состав системы и характеристики ИК АСДКУ приведены в описании типа на АСДКУ. Допускается проведение поверки меньшего количества ИК АСДКУ на основании письменного заявления владельца АСДКУ ВСВ.

Интервал между поверками – 2 года.

Поверка ИК проводится расчетно-экспериментальным методом, включающим следующие процедуры:

- поверку первичной части ИК (датчиков) – по методикам поверки на них;
- поверку вторичной, электрической части ИК (ЭИК).

Примечание

К первичной части ИК отнесены датчики - преобразователи измеряемого технологического параметра в унифицированный электрический сигнал (4...20 мА);

ко вторичной (электрической) части ИК (ЭИК) отнесена часть измерительного канала от «точки» подключения датчика до места отображения информации о значении измеряемого технологического параметра, включая линии связи между измерительными компонентами ИК.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Перечень операций, которые выполняют при поверке ИК, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Обязательность проведения при поверке		Номер пункта настоящей методики
	первичной	периодической	
1 Внешний осмотр	Да	Да	7.1
2 Опробование	Да	Да	7.2
3 Проверка основной погрешности ИК системы	Да	Да	7.3

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 Средства поверки первичных преобразователей (датчиков) приведены в методиках поверки на эти средства измерений.

3.2 Средства поверки ЭИК: калибратор многофункциональный МС5-R (пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения силы постоянного электрического тока в диапазоне от 0 до 25 мА $\pm(0,02\%$ от показания + 1,5 мкА)).

Примечание – допускается использование других средств поверки с характеристиками, не хуже указанных выше, а также удовлетворяющих требованиям Приказа Минпромторга России от 02.07.2015 №1815.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке ИК допускают лиц, освоивших работу с системой и используемыми эталонами, изучивших настоящую рекомендацию, аттестованных в соответствии с действующими нормативными документами.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-80, ГОСТ 22261-94, указаниями по безопасности, изложенными в руководстве по эксплуатации на систему, применяемые эталоны и вспомогательное оборудование.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

6.1 Перед началом поверки поверитель должен изучить руководство по эксплуатации поверяемой системы, эталонов и других технических средств, используемых при поверке, настоящую методику поверки, правила техники безопасности и строго их соблюдать.

6.2 Перед экспериментальной проверкой погрешностей ИК все измерительные компоненты, используемые эталоны и вспомогательные технические средства должны быть подготовлены к работе в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на эти средства измерений.

6.3 При поверке в рабочих условиях эксплуатации значения влияющих величин, оказывающих существенное влияние на погрешность измерительных компонентов ИК систем подлежат экспериментальному определению непосредственно перед проверкой погрешности ИК. Эти значения заносят в протокол и используют для расчета пределов допускаемых значений погрешности ИК в условиях поверки (п. 6.6), служащих критерием пригодности ИК.

6.4 Условия окружающей среды, сложившиеся на момент поверки каждого измерительного компонента на месте эксплуатации не должны выходить за пределы рабочих условий применения, указанных в НД на соответствующие измерительные компоненты.

6.5 Обследование условий работы ИК системы и их измерительных компонентов проводится:

- при проведении первичной поверки на месте эксплуатации системы после монтажа и опытной эксплуатации,

- при периодической поверке, если условия поверки отдельных измерительных компонентов из состава ИК изменились настолько по сравнению с предыдущей поверкой, что эти изменения могут вызывать существенное изменение погрешности ИК (более чем на 20 %) по сравнению со значением, подтвержденным при предыдущей либо первичной поверке.

Проводится обследование климатических условий и сети питания в помещениях, где размещены измерительные компоненты ИК системы.

6.6 Если условия поверки не претерпели существенных изменений, в качестве предельно допустимого значения погрешности ИК допускается использовать значение, рассчитанное при предыдущей поверке либо при первичной поверке.

При обнаружении заметных изменений условий эксплуатации измерительных компонентов ИК по сравнению с первичной или предыдущей поверкой проводят уточняющее обследование условий работы измерительных компонентов ИК системы по п.6.5 и оценивают границу допустимых значений погрешности канала в этих условиях.

Для каждого измерительного компонента ИК рассчитывают предел допустимых значений погрешности в реальных условиях поверки (см. РД 50-453-84) путем учета основной и дополнительных погрешностей от влияющих факторов на момент поверки, оцененными в соответствии с п.6.3.

Предел допустимых значений погрешности Δ_{cu} измерительного компонента в реальных условиях поверки вычисляют по формуле:

$$\Delta_{cu} = \Delta_o + \sum_{i=1...n} \Delta_i, \quad (1)$$

где Δ_o - предел допустимых значений основной погрешности измерительного компонента;

Δ_i - предел допускаемой дополнительной погрешности измерительного компонента от i -го влияющего фактора в реальных условиях поверки при общем числе n учитываемых влияющих факторов.

6.7 Проверяют наличие следующих документов:

- перечня ИК, входящих в состав системы, подлежащих поверке;
- эксплуатационной документации на измерительные компоненты в составе ИК и, при наличии, на систему в целом;
- протоколов предыдущей поверки (при периодической поверке);
- протоколов измерений фактических значений условий эксплуатации системы и границ их изменения (температуры, влажности воздуха, напряжения питания в помещениях, в которых размещены измерительные компоненты ИК);
- свидетельства о поверке датчиков, входящих в состав ИК системы.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

- комплектность системы,
- отсутствие механических повреждений, коррозии, нарушения покрытий, изоляции, отсутствие других дефектов. Также при необходимости проверяют наличие пломб, оттисков поверительных клейм и необходимых надписей на наружных панелях приборов.

7.2 Опробование

7.2.1 При опробовании ИК системы проверяется:

- работоспособность контроллерного оборудования, каналов связи;
- работоспособность программного обеспечения (ПО), в том числе системы визуализации измеряемых технологических параметров;
- подтверждение идентификации ПО.

7.2.2 Работоспособность контроллерного оборудования, каналов связи и ПО осуществляется путем вывода информации о текущих технологических параметрах на АРМ оператора или АРМ пользователя с помощью специализированного ПО.

7.2.3 Подтверждение идентификации ПО утвержденному типу СИ заключается в проверке идентификационного наименования и номера версии ПО.

7.2.4 Результаты опробования считаются положительными, если ИК системы функционируют в соответствии с эксплуатационной документацией, значения технологических параметров корректно отображаются на АРМ оператора или АРМ пользователя, а идентификационные данные (признаки) ПО соответствуют заявленным в эксплуатационной документации и описании типа.

7.3 Проверка основной погрешности ИК системы

7.3.1 Поверку ИК системы проводят расчетно-экспериментальным методом: условно делят канал на первичную (датчик) и вторичную (от «точки» подключения датчика до места отображения информации о значении измеряемого технологического параметра) части.

7.3.2 Первичные преобразователи (датчики), используемые в системе, внесены в Госреестр средств измерений и имеют методики поверки, по которым они поверяются в установленном порядке.

7.3.3 Поверка ЭИК системы.

Поверка ЭИК системы проводится по месту эксплуатации.

Поверку погрешности ЭИК проводят в изложенной ниже последовательности:

Определение погрешности ЭИК проводят в изложенной ниже последовательности:

- на вход ИК вместо первичного измерительного преобразователя подключают эталонный калибратор силы постоянного тока;

- выбирают 5 проверяемых точек Z_i (столбец 1 таблицы 2, например, 0; 25; 50; 75 и 100 % диапазона) по диапазону выходного параметра (соответствующему диапазону 4...20 мА);

- рассчитывают значение допускаемой абсолютной погрешности ЭИК, выраженное в единицах измеряемого физического параметра по формуле:

$$\Delta_{\text{ЭИК}} = \gamma_{\text{ЭИК}} (Z_{\text{max}} - Z_{\text{min}}) / 100\%; \quad (2)$$

где $\gamma_{\text{ЭИК}}$ - пределы допускаемой основной приведенной погрешности электрической части ИК;

$(Z_{\text{max}} - Z_{\text{min}})$ – диапазон измерений первичного преобразователя, приведенный к диапазону входного сигнала ЭИК от 4 до 20 мА;

- на вход проверяемого канала от эталонного калибратора подают сигналы силы постоянного тока X_i (столбец 2 таблицы 2, например, 4; 8; 12; 16 и 20 мА), соответствующие значениям Z_i ,

Таблица 2

Входной сигнал		Выходной сигнал, ед. измеряемого параметра	Абсолютная погреш- ность в проверяемой точке, ед. измеряемого параметра	Пределы допуска- емой основной аб- солютной погреш- ности ЭИК
единицы изме- ряемого пара- метра	мА			
Z_i	X_i	Y_i	Δ_i	$\Delta_{\text{ЭИК}}$
1	2	3	4	5

- считывают не менее 4-х отсчетов Y_i на выходе поверяемого ИК (с дисплея АРМ опера) в единицах измеряемого физического параметра и записывают значения в соответствующую строку столбца 3 таблицы 2;

- за оценку абсолютной погрешности Δ_i в i -й проверяемой точке принимают значение, вычисляемое по формуле: $\Delta_i = \max \{|Z_i - Y_i|\}$, заносят его в столбец 4 таблицы 2;

- изложенные выше операции повторяют для всех проверяемых точек ИК;

- если для каждого i выполняются неравенства:

$$|\Delta_i| < |\Delta_{\text{эик}}|, (i=1...5),$$

проверяемый ИК считают годным,

если хотя бы одно, любое из этих неравенств не выполняется - канал бракуют.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке системы (с указанием ИК, прошедших поверку с положительным результатом) по форме Приложения 1 к «Порядку проведения поверки средств измерений, требованиям к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверки», утвержденному Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815 (далее – Порядок).

8.2 Если результаты поверки каких-либо ИК отрицательны, на эти ИК выписывается извещение о непригодности к применению по форме Приложения 2 к Порядку.

Разработал:

ведущий инженер ФГУП «ВНИИМС»



Ю.И. Спесивцева

Зам. начальника отдела ФГУП «ВНИИМС»



И.Г. Средина