


**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
(ВНИИМС)**



УТВЕРЖДАЮ

Директор ВНИИМС

А.И.Асташенков

03

1999г.

Государственная система обеспечения единства измерений

**СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВМХ И ВМГ
И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИПХ И ИПГ**

Методика поверки

6627.00.00.00 МП

Москва
1999

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1.Введение	3
2.Операции поверки	3
3.Средства поверки	3
4.Требования безопасности.....	3
5.Условия поверки	4
6.Подготовка к поверке.....	4
7.Проведение поверки	4
8.Оформление результатов поверки	10

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий документ распространяется на счетчики холодной и горячей воды ВМХ и ВМГ (в дальнейшем - счетчики) и преобразователи измерительные для счетчиков холодной и горячей воды ИПХ и ИПГ (в дальнейшем - преобразователи) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1.2. Межпроверочный интервал:

для счетчиков холодной воды - не более 6 лет;

для счетчиков горячей воды - не более 4 лет.

2. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки выполняют следующие операции:

2.1.1. Внешний осмотр (п.7.1);

2.1.2. Проверка герметичности (п.7.2);

2.1.3. Опробование (п.7.3.);

2.1.4. Определение метрологических характеристик (п.7.4.).

2.1.5. Проверка соответствия импульсного и оптоэлектронного выходов показаниям индикаторного устройства, (п. 7.5.).

3. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1. При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

- установки для поверки водосчетчиков с расходом до $1000 \text{ м}^3/\text{ч}$, погрешность $\pm 0,5\%$;

- гидравлический пресс давлением до 2,4 МПа;

- термометр типа ТЛ- 2 с пределами измерения до 100°C и ценой деления 1°C , по ГОСТ 215;

- аспирационный психрометр типа М-54 по ГОСТ 6353;

- образцовый манометр типа МО с пределами измерений (0...1,6) МПа, КТ 0,4;

- барометр по ГОСТ 6853.

3.2. Все средства измерений должны быть поверены органами Государственной метрологической службы и иметь действующие свидетельства о поверке.

3.3. Допускается использовать другие средства измерений, если они по своим характеристикам не хуже, указанных в п.3.1.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При проведении поверки соблюдают требования безопасности, определяемые:

- правилами безопасности труда, действующими на установке, на которой производится поверка;

- правилами безопасности при эксплуатации используемых средств поверки, приведенными в их эксплуатационной документации.

5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1. При проведении поверки соблюдают следующие условия:

температура измеряемой среды, $^\circ\text{C}$	20 ± 5
--	------------

температура окружающего воздуха, $^\circ\text{C}$	20 ± 5
---	------------

относительная влажность окружающего воздуха, %	30 - 80
--	---------

атмосферное давление, кПа	от 86 до 106
---------------------------	--------------

изменение температуры воды

за время поверки, не более, $^\circ\text{C}$	5
--	---

вибрация, тряски и удары	отсутствуют
рабочее положение счетчика	горизонтальное
5.2. Средства поверки подготавливают к работе в соответствии с технической документацией на них.	

6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1. Перед проведением операций поверки выполняют следующие подготовительные работы:

6.1.1. Подготавливают к работе поверочную установку и средства измерения согласно эксплуатационной документации.

6.1.2. Устанавливают счетчики на испытательном стенде поверочной установки. (Преобразователи устанавливают в технологические корпуса поверочной установки).

6.1.3. Счетчики (преобразователи) устанавливают на поверочной установке по одному или последовательно по несколько штук. Число счетчиков в группе должно обеспечивать возможность их поверки при наибольшем расходе. Счетчики должны иметь одинаковый диаметр условного прохода

Счетчики присоединяют к трубопроводу поверочной установки через переходные или промежуточные патрубки, длина которых должна быть не менее 2 Ду перед первым и 1 Ду после каждого последующего счетчика, где Ду - диаметр условного прохода счетчика.

Стрелка на корпусе счетчика совпадает с направлением потока воды.

6.1.4. Проверяют герметичность соединений счетчиков с трубопроводами и между собой.

Проверку производят давлением воды в системе при открытом запорном устройстве перед счетчиком и закрытом после него.

6.1.5. Пропускают воду через счетчики при максимальном поверочном расходе с целью удаления воздуха из системы.

6.1.6. Температуру воды измеряют в начале и в конце поверки непосредственно в эталонной мере вместимости.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра устанавливают соответствие поверяемого счетчика (преобразователя) следующим требованиям:

- комплектность соответствует указанной в паспорте;
- номер счетчика соответствует номеру в паспорте;
- целостность пломбировки не нарушена,
- надпись и обозначения на счетчики четкие,
- наружные поверхности чистые, без трещин и отслоений покрытия и очагов коррозии металла.

7.2. Проверка герметичности

Герметичность счетчиков проверяют гидравлическим прессом путем создания в рабочей полости давления 2,4 МПа и выдерживанием его в течение 15 мин.

Счетчики считаются выдержавшими поверку, если в местах соединений и корпусе не наблюдаются отпотеваний, каплевыделений или течи. Падение давления не допускается.

Проверку герметичности счетчиков, выпускаемых из производства и ремонта, допускается по согласованию с территориальным органом Госстандарта осуществлять ОТК предприятия-изготовителя. Акт или протокол проверки предъявляют представителю, производящему поверку.

7.3. Опробование

Поверяемый счетчик опробуют путем проверки поступления сигналов от индикаторного устройства и оптического узла съема сигнала. Для этого, изменения расход жидкости в пределах рабочего диапазона счетчика, следят за изменением показаний прибора и счетчика импульсов.

Счетчики считаются выдержавшими поверку, если при увеличении (уменьшении) расхода наблюдается увеличение (уменьшение) скорости изменения показаний индикаторного устройства и счетчика импульсов.

7.4. Определение метрологических характеристик

Целью проверки является определение относительной погрешности или среднеинтегральной относительной погрешности.

Примечания

1. Определение среднеинтегральной относительной погрешности проводят только на поверочной установке с перекидным устройством для переключения потока в мерную или пролетную емкость и оснащенной оптическими узлами съема сигнала и счетчиками импульсов.

2. Для счетчиков (преобразователей), предназначенных для нужд внутреннего (российского) рынка, способ определения погрешности устанавливается распоряжением главного инженера предприятия-изготовителя.

3. Для счетчиков (преобразователей), предназначенных на экспорт производится определение только относительной погрешности.

7.4.1. Определение относительной погрешности

Относительную погрешность определяют на трех поверочных расходах: Q_{\min} - минимальном, Q_t - переходном, Q_{nom} - номинальном расходе.

На каждом значении расхода проводят по одному измерению.

Относительную погрешность счетчиков (преобразователей) определяют по результатам измерения одного и того же объема воды, пропущенного через счетчик (преобразователь) и эталонную меру вместимости поверочной установки.

Объем воды, измеренный счетчиком (преобразователем), определяют по показаниям индикаторного устройства или по числу импульсов, считанных с помощью оптической головки и зарегистрированных счетчиком импульсов.

Относительную погрешность счетчика (преобразователя) в процентах для каждого поверочного расхода определяют по формуле

$$\delta_o = \frac{V_c - V_{ob}}{V_{ob}} \cdot 100, \quad (1)$$

где V_{ob} – объем воды, измеренный по эталонной установке, m^3 ;

V_c – объем воды, измеренный поверяемым счетчиком, m^3 , который определяется по показаниям индикаторного устройства счетчика по формуле

$$V_c = V_2 - V_1, \quad (2)$$

где V_2 и V_1 – показания индикаторного устройства счетчика в конце и в начале измерений соответственно.

При использовании оптоэлектронного узла съема сигнала объем определяется по формуле

$$V_c = K \cdot N, \quad (3)$$

где K – передаточный коэффициент, $\text{m}^3/\text{имп}$;

N – измеренное количество импульсов за время наполнения объема V_{ob} эталонной установки.

Значения поверочных расходов для счетчиков (преобразователей) холодной воды приведены в таблице 1, горячей воды - в таблице 2.

Таблица 1

Диаметр условного прохода, мм	Поверочный расход, м ³ /ч					
	Q _{min}	предельное отклонение	Q _t	предельное отклонение	Q _{ном}	предельное отклонение
40	0,3	+ 0,03	0,8	+ 0,08	30	+ 3,0
50	0,3	+ 0,03	0,9	+ 0,09	45	± 4,5
65	0,45	+ 0,045	1,0	+ 0,10	60	+ 6,0
80	0,6	+ 0,06	1,0	+ 0,10	120	± 12,0
100	1,0	+ 0,1	2,5	+ 0,25	150	± 15,0
125	1,0	+ 0,1	2,5	+ 0,25	200	± 20,0
150	2,0	+ 0,2	4,0	+ 0,40	250	± 25,0
200	4,0	+ 0,40	6,0	+ 0,60	500	± 50,0
250	6,0	+ 0,60	11,0	+ 1,10	600	± 60,0
300	12,0	+ 1,20	15,0	+ 1,50	1000	± 100,0

Таблица 2

Диаметр условного прохода, мм	Поверочный расход, м ³ /ч					
	Q _{min}	предельное отклонение	Q _t	предельное отклонение	Q _{ном}	предельное отклонение
40	0,6	+ 0,06	1,8	+ 0,18	15	± 1,5
50	0,6	+ 0,06	1,8	+ 0,18	15	± 1,5
65	1,0	+ 0,10	2,0	+ 0,20	25	± 2,5
80	1,4	+ 0,14	3,2	+ 0,32	45	+ 4,5
100	2,0	+ 0,20	4,8	+ 0,48	70	± 7,0
125	3,5	+ 0,35	8,0	+ 0,80	100	± 10,0
150	4,5	+ 0,45	12	+ 1,20	150	± 15,0
200	8,0	+ 0,80	20	+ 2,00	250	± 25,0
250	20,0	+ 2,00	45,0	+ 4,50	565	± 56,5
300	25,0	+ 2,50	50,0	+ 5,00	625	± 62,5

Значения минимальных объемов воды за пропуск на каждом поверочном расходе приведены в таблице 3.

Таблица 3

Диаметр условного прохода, мм	Минимальный объем воды, пропущенный за время поверки, м ³ /ч	Минимальный объем воды за пропуск при расходе, м ³		
		Q _{min}	Q _t	Q _{ном}
40	0,65	0,05	0,1	0,5
50	0,65	0,05	0,1	0,5
65	1,15	0,05	0,1	1,0
80	1,15	0,05	0,1	1,0
100	1,15	0,05	0,1	1,0
125	1,15	0,05	0,1	1,0
150	6,5	0,5	1,0	5,0
200	11,5	0,5	1,0	10,0
250	11,5	0,5	1,0	10,0
300	11,5	0,5	1,0	10,0

Счетчики считаются поверенными, если относительная погрешность счетчика находится в пределах $\pm 5\%$ при Q_{min} (минимальном) и $\pm 2\%$ при Q_t и Q_{nom} (переходном и номинальном) расходах, а преобразователей - в пределах $\pm 3,5\%$ при Q_{min} и $\pm 1,5\%$ при Q_t и Q_{nom} .

7.4.2. Определение среднеинтегральной относительной погрешности

Перед определении погрешности проводят проверку порога чувствительности счетчиков (преобразователей).

При этом визуально определяют вращение стрелочного указателя индикаторного устройства при значениях расхода, указанных в таблице 4, для счетчиков (преобразователей) холодной и горячей воды.

Таблица 4

Диаметр условного прохода, мм		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Порог чувствительности, для счетчиков (преобразователей)	холодной воды	0,15	0,15	0,2	0,25	0,25	0,5	1,0	1,5	3,0	8,0
	горячей воды	0,25	0,25	0,3	0,35	0,60	1,1	1,7	2,0	10,0	15,0

Среднеинтегральную относительную погрешность определяют на пяти поверочных расходах: Q_{nom} ; $0,75 Q_{nom}$; $0,5 Q_{nom}$; Q_t и Q_{min} . При поверке проводят одно измерение.

Значения поверочных расходов для счетчиков (преобразователей) холодной воды указаны в таблице 5, для счетчиков (преобразователей) горячей воды - в таблице 6.

Таблица 5

Диаметр условного прохода, мм	Q_{nom}	Поверочный расход, м ³ /ч									
		Предельное отклонение	$0,75Q_{nom}$	Предельное отклонение	$0,5Q_{nom}$	Предельное отклонение	Q_t	Предельное отклонение	Q_{min}	Предельное отклонение	
40	30	$\pm 3,0$	22,5	$\pm 2,25$	15	$\pm 1,5$	0,8	$+ 0,08$	0,30	$+ 0,03$	
50	45	$\pm 4,5$	33,8	$\pm 3,38$	22,5	$\pm 2,25$	0,9	$+ 0,09$	0,30	$+ 0,03$	
65	60	$\pm 6,0$	45	$\pm 4,5$	30	$\pm 3,0$	1,0	$+ 0,10$	0,45	$+ 0,045$	
80	120	$\pm 12,0$	90	$\pm 9,0$	60	$\pm 6,0$	1,0	$+ 0,10$	0,60	$+ 0,06$	
100	150	$\pm 15,0$	112,5	$\pm 11,2$	75	$\pm 7,5$	2,5	$+ 0,25$	1,0	$+ 0,10$	
125	200	$\pm 20,0$	150	$\pm 15,0$	100	$\pm 10,0$	2,5	$+ 0,25$	1,0	$+ 0,10$	
150	250	$\pm 25,0$	187,5	$\pm 18,75$	125	$\pm 12,5$	4,0	$+ 0,40$	2,0	$+ 0,20$	
200	500	± 50	375	$\pm 37,5$	250	± 25	6,0	$+ 0,6$	4	$+ 0,4$	
250	600	± 60	450	± 45	300	± 30	11	$+ 1,1$	6	$+ 0,6$	
300	1000	± 100	750	± 75	500	± 50	15	$+ 1,5$	12	$+ 1,2$	

Таблица 6

Диаметр условного прохода, мм	Поверочный расход, м ³ /ч									
	Q_{nom}	Предельное отклонение	$0,75Q_{nom}$	Предельное отклонение	$0,5Q_{nom}$	Предельное отклонение	Q_t	Предельное отклонение	Q_{min}	Предельное отклонение
40	15	$\pm 1,5$	11,25	$\pm 1,12$	7,5	$\pm 0,75$	1,8	$+ 0,18$	0,6	$+ 0,06$
50	15	$\pm 1,5$	11,25	$\pm 1,12$	7,5	$\pm 0,75$	1,8	$+ 0,18$	0,6	$+ 0,06$
65	25	$\pm 2,5$	18,75	$\pm 1,87$	12,5	$\pm 1,25$	2,0	$+ 0,20$	1,0	$+ 0,10$

80	45	$\pm 4,5$	33,75	$\pm 3,37$	22,5	$\pm 2,25$	3,2	$+ 0,32$	1,4	$+ 0,14$
100	70	$\pm 7,0$	52,5	$\pm 5,25$	35	$\pm 3,50$	4,8	$+ 0,48$	2,0	$+ 0,20$
125	100	$\pm 10,0$	75,0	$\pm 7,5$	50	$\pm 5,0$	8,0	$+ 0,80$	3,5	$+ 0,35$
150	150	$\pm 15,0$	112,5	$\pm 11,25$	75	$\pm 7,5$	12,0	$+ 1,20$	4,5	$+ 0,45$
200	250	± 25	200	± 20	125	$\pm 12,5$	20	$+ 2$	8,0	$+ 0,8$
250	565	$\pm 56,5$	420	± 42	280	± 28	45	$+ 4,5$	20	$+ 2$
300	625	$\pm 62,5$	470	± 47	310	± 31	50	$+ 5$	25	$+ 2,5$

Значения объемов воды за пропуск на каждом поверочном расходе определяют по формуле

$$V_i = P_i \cdot V_{общ}, \quad (4)$$

где

P_i - значение весового коэффициента по табл.7;

$V_{общ}$ - суммарный объем воды, вычисленный по эталонной мере вместимости после измерений на всех поверочных расходах.

Таблица 7

Объем воды	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5
Поверочный расход	Q_{nom}	$0,75Q_{nom}$	$0,5Q_{nom}$	Q_t	Q_{min}
P_i	0,20	0,44	0,31	0,03	0,02

Значения суммарных, последовательно набранных по эталонной мере вместимости объемов воды после каждого пропуска на поверочных расходах, приведены в табл.8.

Таблица 8

Диаметр условного прохода, мм	Суммарный объем воды после каждого пропуска на поверочном расходе, $m^3 \cdot 10^{-3}$									
	V_1	Предельное отклонение	V_1+V_2	Предельное отклонение	$V_1+V_2+V_3$	Предельное отклонение	$V_1+V_2+V_3+V_4$	Предельное отклонение	$V_1+V_2+V_3+V_4+V_5$	Предельное отклонение
40	200	$\pm 1,0$	640	$\pm 1,0$	950	$\pm 1,0$	980	$\pm 1,0$	1000	$\pm 1,0$
50	200	$\pm 1,0$	640	$\pm 1,0$	950	$\pm 1,0$	980	$\pm 1,0$	1000	$\pm 1,0$
65	200	$\pm 1,0$	640	$\pm 1,0$	950	$\pm 1,0$	980	$\pm 1,0$	1000	$\pm 1,0$
80	200	$\pm 1,0$	640	$\pm 1,0$	950	$\pm 1,0$	980	$\pm 1,0$	1000	$\pm 1,0$
100	200	$\pm 1,0$	640	$\pm 1,0$	950	$\pm 1,0$	980	$\pm 1,0$	1000	$\pm 1,0$
125	1000	$\pm 5,0$	3200	$\pm 5,0$	4750	$\pm 5,0$	4900	$\pm 5,0$	5000	$\pm 5,0$
150	1000	$\pm 5,0$	3200	$\pm 5,0$	4750	$\pm 5,0$	4900	$\pm 5,0$	5000	$\pm 5,0$
200	2000	$\pm 5,0$	6400	$\pm 5,0$	9500	$\pm 5,0$	9800	$\pm 5,0$	10000	$\pm 5,0$
250	2000	$\pm 5,0$	6400	$\pm 5,0$	9500	$\pm 5,0$	9800	$\pm 5,0$	10000	$\pm 5,0$
300	2000	$\pm 5,0$	6400	$\pm 5,0$	9500	$\pm 5,0$	9800	$\pm 5,0$	10000	$\pm 5,0$

Среднеинтегральную относительную погрешность определяют по результатам измерения одного и того же объема воды, пропущенного через счетчик (преобразователь) и эталонную меру вместимости поверочной установки.

Объем воды измеренный счетчиком (преобразователем) определяют как сумму объемов при пропусках на пяти поверочных расходах по суммарному числу импульсов, считанных оптическим узлом съема сигнала и зарегистрированных счетчиком импульсов.

Среднеинтегральную относительную погрешность определяют по формуле

$$\delta_i = \frac{k \cdot \sum N - \sum V_{\text{обр}}}{\sum V_{\text{обр}}} \cdot 100, \quad (5)$$

где

$V_{\text{обр}}$ - суммарный объем, измеренный образцовой мерой вместимости, после пропуска воды на пяти поверочных расходах, m^3 ;

ΣN - суммарное число импульсов, зарегистрированное счетчиком импульсов, после пропуска воды на пяти поверочных расходах, имп.

Счетчики считаются поверенными, если значение среднеинтегральной относительной погрешности не превышает $\pm 1,5 \%$.

7.5. Проверка соответствия импульсного и оптоэлектронного выходов показаниям отсчетного устройства

Проверку проводят с помощью счетчика импульсов, подключаемого к выходным контактным зажимам узла съема информации, установленного в соответствующем гнезде индикаторного устройства счетчика (преобразователя).

Проверка может осуществляться непосредственно на установке, для определения относительной погрешности при любом расходе от Q_{\min} до $Q_{\text{ном}}$.

По изменению показаний индикаторного устройства и счетчика импульсов судят о работоспособности узла съема информации.

Счетчик (преобразователь) считают выдержавшим испытание, если

$$V_c = K \cdot N, \quad (6)$$

где V_c - объем, показанный индикаторным устройством счетчика, m^3 ;

K - передаточный коэффициент, $\text{m}^3/\text{имп}$;

N - измеренное количество импульсов за время наполнения объема $V_{\text{об}}$ эталонной установки.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1. Результаты поверки заносят в протокол по произвольной форме.

8.2. При положительных результатах поверки счетчик клеймят в соответствии с ПР50.2.007 и делают соответствующую запись в паспорте.

8.3. При отрицательных результатах поверки счетчик к применению не допускают, а клейма гасят, запись в паспорте аннулируют и выдают извещение о непригодности счетчика с указанием причин в соответствии с ПР50.2.006.