

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
ФГУП «ВНИИОФИ»



MP
_____ Н. П. Муравская

19 _____ 2015 г.

Государственная система обеспечения единства измерений
Установки многопараметрового контроля труб и прутков УМК

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 056.Д4-15

№ 63481-16

Главный метролог
ФГУП «ВНИИОФИ»

СН
_____ С.Н. Негода

19 _____ 2015 г.

Москва 2015

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ.....	3
3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	4
4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	5
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.....	5
7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ.....	5
8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	5
8.1 Внешний осмотр.....	5
8.2 Идентификация программного обеспечения.....	6
8.3 Опробование	6
8.4 Определение амплитуды генератора импульсов возбуждения	7
8.5 Определение абсолютной погрешности измерения амплитуды сигнала	7
8.6 Определение отклонения установки усиления	9
8.7 Определение абсолютной погрешности измерения наружного диаметра ОК.....	10
8.8 Определение абсолютной погрешности измерения толщины стенки трубы эхо-импульсным методом и методом свободных колебаний	10
8.9 Определение вероятности выявления дефектов нарушений сплошности	11
9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	12
Приложение А	13
(Рекомендуемое).....	13
Приложение Б	15

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика поверки распространяется на установки многопараметрового контроля труб и прутков УМК (далее по тексту - приборы или установки), изготовленные Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческим предприятием «КРОПУС», и устанавливает методы и средства их первичной и периодических поверок.

Установки предназначены для проведения неразрушающего контроля бесшовных труб ультразвуковым (УЗ), иммерсионным методом, с использованием техники вращения пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) вокруг контролируемой трубы, осуществляющей поступательное движение через блок ротационного контроля.

Дефектоскоп УПНК (далее по тексту – дефектоскоп), входящий в измерительный комплекс установки, предназначен для непосредственного возбуждения, приема и обработки УЗ сигналов.

Установки УМК выпускаются в нескольких модификациях и отличаются видом и типоразмером контролируемых объектов контроля (ОК) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Вид ОК	Наружный диаметр ОК, мм	Толщина стенки ОК, мм	Длина ОК, мм, не менее	Шероховатость поверхности контролируемых ОК, Ra, не более	Отклонение от прямолинейности на любом участке контролируемых ОК, на 1 м, мм, не более
УМК-17	трубы	от 6 до 17	от 0,2 до 4,0	800	2,5	1
УМК-25	трубы, прутки	от 6 до 25	от 0,2 до 6,0	800	3,2	1,5
УМК-65	трубы, прутки	от 15 до 90	от 0,2 до 22,0	500	3,2	2,5

Межповерочный интервал – 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении первичной и периодической поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Операции первичной и периодической поверок

№ п/п	Наименование операции	Номер пункта методики поверки
1	Внешний осмотр	8.1
2	Идентификация программного обеспечения (ПО)	8.2
3	Опробование	8.3
4	Определение амплитуды генератора импульсов возбуждения	8.4
5	Определение абсолютной погрешности измерения амплитуды сигнала	8.5
6	Определение отклонения установки усиления	8.6
7	Определение абсолютной погрешности измерения наружного диаметра ОК	8.7
8	Определение абсолютной погрешности измерения толщины	8.8

№ п/п	Наименование операции	Номер пункта методики поверки
	стенки трубы эхо-импульсным методом и методом свободных колебаний	
9	Определение вероятности выявления дефектов нарушений сплошности	8.9

2.2 Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

2.3 Поверка установки прекращается в случае получения отрицательного результата при проведении хотя бы одной из операций, а установку признают не прошедшим поверку.

2.4 При проведении операции поверки допускается проводить измерения на меньших диапазонах толщины стенки и наружного диаметра ОК, а так же при больших размерах выявляемого дефекта, по сравнению с указанными в технических характеристиках, при внесении соответствующей записи в протокол и свидетельство о поверки.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 Рекомендуемые средства поверки указаны в таблице 2.

3.2 Средства поверки должны быть поверены и аттестованы в установленном порядке.

3.3 Приведенные средства поверки могут быть заменены на их аналог, обеспечивающие определение метрологических характеристик установок с требуемой точностью.

Таблица 3 – Средства поверки

Номер пункта (раздела) методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, метрологические и основные технические характеристики средств поверки
8.4	Осциллограф двухканальный цифровой запоминающий АСК-2067 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения амплитуд сигналов для коэффициентов отклонения от 5 мВ/дел до 5 В/дел - $\pm 4\%$
8.5; 8.6	Генератор сигналов произвольной формы 33250А Синусоидальный сигнал от 1 мкГц до 80 МГц, пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 2 \cdot 10^{-6}$. Диапазон напряжений от 10 мВ до 10 В, погрешность $\pm (0,01 \cdot U_{pp} + 0,001)$, где U_{pp} – амплитуда сигнала синусоидальной формы на частоте 1 кГц на нагрузке 50 Ом, амплитудная неравномерность (до 10 МГц) $\pm 0,1$ дБ, (от 10 до 50 МГц) $\pm 0,2$ дБ
8.5; 8.6	Аттенуатор широкополосной АТТ-90-0,1-95/2 Диапазон частот: от 0,01 до 30 МГц. Погрешность в диапазонах ослабления: 0 - 19,9 дБ – $\pm 0,03$ дБ; 20 - 39,9 дБ – $\pm 0,05$ дБ; 40 - 59,9 дБ – $\pm 0,10$ дБ; 60 - 90 дБ – $\pm 0,20$ дБ
8.7	Оптиметр горизонтальный ИКГ-3 Диапазон измерения наружного параметра от 0 до 500 мм. Диапазон измерения внутреннего параметра от 1 до 200 мм. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений $\pm 0,3$ мкм
8.8	Оптиметр вертикальный ИКВ-3

	Диапазон измерения от 0 до 200 мм. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений $\pm 0,3$ мкм
8.9	Прибор измерительный двухкоординатный ДИП-6 Диапазон измерений от 0 до 200 мм. Пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,002$ мм.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

Лица, допускаемые к проведению поверки, должны изучить Руководство по эксплуатации (РЭ) на установки, а также эксплуатационную документацию на средства поверки.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При подготовке и проведении поверки должно быть обеспечено соблюдение требований безопасности работы и эксплуатации для оборудования и персонала, проводящего поверку, в соответствии с приведенными требованиями безопасности в нормативно-технической и эксплуатационной документации на средства поверки и на установку.

5.2 При проведении поверки должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.019-80 «Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности».

5.3 Освещенность рабочего места поверителя должна соответствовать требованиям Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие условия:

- температура окружающего воздуха (25 ± 10) °С;
- относительная влажность воздуха (30 - 80) %;
- атмосферное давление (100 ± 4) кПа [(750 \pm 30) мм рт.ст.].

6.2. Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать, либо находиться в пределах, не влияющих на работу установки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Если установка и измерительная аппаратура до начала измерений находились в климатических условиях, отличающихся от указанных в п. 6.1 методики поверки, то установку нужно выдержать при этих условиях 2 часа и средства поверки выдержать не менее часа, или времени, указанного в эксплуатационной документации на поверяемую установку и средства поверки.

7.2 Перед проведением поверки, средства поверки и установку подготовить к работе в соответствии с РЭ средств поверки и РЭ на установку.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие установки следующим требованиям:

- комплектность поверяемого прибора в соответствии с технической документацией;
- отсутствие механических повреждений установки и ее частей, целостность соединительных кабелей и преобразователей;
- наличие маркировки установки на электрическом шкафу, наличие знака утверждения типа на маркировочной бирке;

8.2 Идентификация программного обеспечения

8.2.1 Включить питание установки согласно руководству по эксплуатации (РЭ).

8.2.2 После запуска программы регистрации и хранения результатов контроля, на экран выводится окно, с выбором режима работы и указанием наименования и версией ПО, рисунок 1.




Рисунок 1 - Окно выбора режима работы

8.2.3 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным результатом, если идентификационные данные ПО установки соответствуют значениям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4 - Идентификационные данные ПО дефектоскопа

Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
УМК-17	4.2.0.0 и выше	-	-
УМК-25	1.1.0.30 и выше	-	-
УМК-65	1.0.0.23 и выше	-	-

8.3 Опробование

8.3.1 После выполнения пункта 8.2.1 включить питание приводов вращения.

8.3.2 Проверить работу системы подачи ОК.

8.3.3 С помощью вентиля установить давление воды в блоке акустического контроля размеров (БАКР) и блоке акустического контроля сплошности (БАКС), достаточное для подавления акустических помех. Наличие акустических помех контролировать по экрану ПК дефектоскопа по наличию (исчезновению) хаотически появляющихся импульсов от пузырьков воздуха.

8.3.4 Подать сжатый воздух на установку, открыв клапан подачи воздуха. Установить давление воздуха в системе установки ($0,45 \pm 0,15$) МПа с помощью регулятора давления и отрегулировать порог срабатывания реле давления воздуха в этом диапазоне, контролируя его по манометру.

8.3.5 Проверить работу блокировки включения электродвигателей вращения роторов акустических блоков. При открытых крышках акустических блоков должны загореться

индикаторы открытия крышки на мониторе ПК управления механикой, и должно быть заблокировано включение двигателей вращения роторов акустических блоков.

8.3.6 Проверить позиционирование контрольного образца.

8.3.7 Проверить работу датчиков положений в соответствии с РЭ.

8.3.8 Проверить работу информационно-управляющей системы (ИУС) в режиме контроля труб в соответствии с РЭ.

8.3.9 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным результатом, если выполняются все операции, указанные в пункте 8.3 методики поверки, и наблюдается стабильный сигнал от преобразователей.

8.4 Определение амплитуды генератора импульсов возбуждения

8.4.1 Измерение размаха амплитуды генератора импульсов возбуждения выполнить по схеме, представленной на рисунке 2.




Рисунок 2

8.4.2 Выбрать первый канал дефектоскопа.

8.4.3 Установить следующие настройки в выбранном канале дефектоскопа:

- совмещенный режим – включен;
- развертка экрана – 20 мкс;
- задержка экрана – 0 мкс;
- частота генератора – 5 МГц;
- количество периодов генератора – 1;
- демпфер генератора 50 Ом – включен;
- демпфер приемника 50 Ом – выключен.

8.4.4 Измерить осциллографом размах амплитуды генератора импульсов возбуждения с разъема «Генератор» выбранного канала дефектоскопа.

8.4.5 Повторить операции по пунктам 8.4.1 – 8.4.4 для всех каналов дефектоскопа.

8.4.6 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным результатом, если на всех каналах дефектоскопа размах амплитуды генератора импульсов возбуждения не менее 300 В.

8.5 Определение абсолютной погрешности измерения амплитуды сигнала

8.5.1 Выбрать первый канал дефектоскопа.

8.5.2 Установить следующие настройки в выбранном канале дефектоскопа:

- совмещенный режим – выключен;
- усиление – 30 дБ;
- развертка экрана – 20 мкс;
- задержка экрана – 0 мкс;
- уровень порога а-Зоны – 80 % высоты экрана;
- начало а-Зоны – 5 мкс;
- ширина а-Зоны – 10 мкс;
- демпфер генератора 50 Ом – выключен;
- демпфер приемника 50 Ом – включен;
- фильтр – выключены;
- детектор – полный;
- ВРЧ – выключено.

8.5.3 Подключить выбранный канал дефектоскопа к внешнему генератору по схеме, приведенной на рисунке 3. Вход синхронизации генератора подключить к разъему генератора канала дефектоскопа через аттенюатор. Для защиты входа синхронизации генератора от высокого напряжения, поступающего с канала дефектоскопа, применить согласующее устройство, схема которого представлена в приложении Б к методики поверки.



Рисунок 3

8.5.4 Установить на аттенюаторе начальное затухание 1 дБ.

8.5.5 Установить начальные параметры генератора сигналов:

- форма сигнала – синусоидальный;
- режим работы – пакет;
- количество периодов – один;
- синхронизация – внешняя;
- частота – 2 МГц;
- временной сдвиг установить таким образом, чтобы принимаемый сигнал находился на середине развертки экрана дефектоскопа;
- амплитуду сигнала на выходе генератора установить таким образом, чтобы уровень сигнала на экране дефектоскопа составил 80 % высоты экрана (на уровне срабатывания порога).

8.5.6 Изменять ступенчато амплитуду сигнала на аттенюаторе согласно таблице 5.

Таблица 5

Затухание, дБ	Номинальное значение ($A_{уст}$) выходного напряжения, % от полной высоты экрана
+ 1	90
0	80
- 2	64
- 4	50
- 6	40
- 8	32
- 10	25
- 12	20
- 14	16
- 16	13
- 18	10

8.5.7 Измерить показания амплитуды сигнала на экране дефектоскопа. Измерения каждого значения амплитуды сигнала выполнить три раза и вычислить среднее арифметическое значение амплитуды по трем измерениям ($H_{изм}$).

8.5.8 Вычислить абсолютную погрешность измерения амплитуды сигнала по формуле:

$$\Delta A = N_{изм} - A_{уст}, \% \text{ от полной высоты экрана} \quad (1)$$

где $N_{изм}$ – среднее арифметическое значение амплитуды сигнала, измеренное в выбранном канале дефектоскопом, % от полной высоты экрана; $A_{уст}$ – номинальное значение выходного напряжения, % от полной высоты экрана.

8.5.9 Повторить операции по пунктам 8.5.1 – 8.5.8 для каналов контроля сплошности дефектоскопа.

8.5.10 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным результатом, если на каналах контроля сплошности дефектоскопа абсолютная погрешность измерения амплитуды сигнала в диапазоне от 10 до 90 % от полной высоты экрана не превышает ± 10 % от полной высоты экрана.

8.6 Определение отклонения установки усиления

8.6.1 Выбрать первый канал дефектоскопа.

8.6.2 Установить следующие настройки в выбранном канале дефектоскопа:

- совмещенный режим – выключен;
- усиление – 0 дБ;
- развертка экрана – 20 мкс;
- задержка экрана – 0 мкс;
- уровень порога а-Зоны – 70 % высоты экрана;
- начало а-Зоны – 5 мкс;
- ширина а-Зоны – 10 мкс;
- демпфер генератора 50 Ом – выключен;
- демпфер приемника 50 Ом – включен;
- фильтр – выключены;
- детектор – полный;
- ВРЧ – выключено.

8.6.3 Подключить выбранный канал дефектоскопа к внешнему генератору по схеме, приведенной на рисунке 3. Вход синхронизации генератора подключить к разъему генератор канала дефектоскопа. Для защиты входа синхронизации генератора от высокого напряжения, поступающего с канала дефектоскопа, применить согласующее устройство, схема которого представлена в приложении Б к методике поверки.

8.6.4 Установить начальные параметры генератора сигналов:

- форма сигнала – синусоидальный;
- режим работы – пакет;
- количество периодов – один;
- синхронизация – внешняя;
- частота – 2 МГц;
- временной сдвиг установить таким образом, чтобы принимаемый сигнал находился на середине развертки экрана дефектоскопа;
- амплитуду сигнала на выходе генератора установить таким образом, чтобы уровень сигнала на экране дефектоскопа составил 70 % высоты экрана (на уровне срабатывания порога).

8.6.5 Установить усиление дефектоскопа 1 дБ ($N_{уст}$).

8.6.6 Увеличивая ослабление на аттенуаторе ($N_{изм}$) привести уровень сигнала на экране дефектоскопа к уровню 70 % высоты экрана.

8.6.7 Рассчитать отклонение установки усиления (ΔN) от номинального значения по формуле:

$$\Delta N = N_{изм} - N_{уст}, \text{ дБ} \quad (2)$$

где $N_{уст}$ – значение усиления, установленное на дефектоскопе, дБ;

$N_{изм}$ – измеренное значение усиления на аттенуаторе, дБ.

8.6.8 Повторить измерения отклонения установки усиления в выбранном канале дефектоскопа для установленных значений усиления на дефектоскопе 5, 10, 30, 50, 80 дБ.

8.6.9 Повторить операции по пунктам 8.6.1 – 8.6.8 для остальных каналов контроля сплошности дефектоскопа.

8.6.10 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным результатом, если на каналах контроля сплошности дефектоскопа отклонение установки усиления в диапазоне от 0 до 80 дБ не превышает ± 2 дБ.

8.7 Определение абсолютной погрешности измерения наружного диаметра ОК

8.7.1 Подобрать рабочие образцы (РО) и контрольные образцы (КО), входящие в комплект поставки установки, со значениями диаметров, соответствующих началу, середине и концу используемого диапазона измерения диаметров установкой или близких по значению к ним. На каждом образце должно быть три участка, соответствующих D_-, D_+, D_0 .

8.7.2 Произвести измерения наружных диаметров РО и КО на оптиметре горизонтальном ИКГ-3 Измерения повторить 5 раз.

8.7.3 Рассчитать средние значения наружных диаметров РО и КО.

8.7.4 Подготовить установку к работе согласно раздела 2 руководства по эксплуатации (РЭ).

8.7.5 Произвести калибровку установки на РО со значениями диаметров, соответствующих значениям диаметров КО согласно раздела 3 РЭ.

8.7.6 Установить КО со значениями диаметров, соответствующих началу диапазона измерения диаметров на установку и произвести измерения наружных диаметров КО.

8.7.7 Повторить пункт 8.7.6 методики поверки 5 раз.

8.7.8 Распечатать протокол измерений КО.

8.7.9 Повторить пункты 8.7.4 – 8.7.8 методики поверки для всех КО.

8.7.10 Рассчитать средние значения измерений наружных диаметров.

8.7.11 Рассчитать абсолютную погрешность измерения наружных диаметров по формуле:

$$\Delta_D = D_{изм} - D_{уст}, \text{ мм} \quad (3)$$

где $D_{уст}$ – измеренное на оптиметре значение наружного диаметра КО, мм;

$D_{изм}$ – измеренное на установке значение наружного диаметра КО, мм.

8.7.12 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным результатом, если абсолютная погрешность измерения наружного диаметра соответствуют значениям, приведенным в таблице 6.

Таблица 6

Технические характеристики	УМК-17	УМК-25	УМК-65
Наружный диаметр ОК, мм	от 6 до 17	от 6 до 25	от 15 до 90
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения наружного диаметра ОК ΔD , мм	$\pm 0,005$	$\pm 0,007$	$\pm (0,0002 \cdot D_n + 0,003)$, где D_n – измеренный наружный диаметр ОК, мм

8.8 Определение абсолютной погрешности измерения толщины стенки трубы эхо-импульсным методом и методом свободных колебаний

8.8.1 Подобрать РО и КО, входящие в комплект поставки установки, которые соответствуют минимальному, среднему и максимальному значению используемого

диапазона толщины стенки ОК или близких по значению к ним. На каждом образце должно быть три участка, соответствующих S_-, S_+, S_0 .

8.8.2 На оптиметре вертикальном ИКВ-3 произвести измерения толщины стенки РО и КО. Измерения повторить 5 раз.

8.8.3 Рассчитать среднее значение толщины стенки каждого РО и КО.

8.8.4 Подготовить установку к работе согласно раздела 2 РЭ.

8.8.5 Произвести калибровку установки для контроля методом свободных колебаний или эхо-импульсным методом в зависимости от используемого КО, на РО со значениями толщин стенки, соответствующих значениям толщин стенки КО согласно раздела 3 РЭ.

8.8.6 Установить КО соответствующий началу диапазона измерения толщины стенки на установку и произвести измерения толщины стенки ОК.

8.8.7 Повторить пункт 8.8.6 методики поверки 5 раз.

8.8.8 Распечатать протокол измерений КО.

8.8.9 Рассчитать среднее значение измерений толщины стенки.

8.8.10 Повторить пункты 8.8.5 – 8.8.9 методики поверки для всех КО.

8.8.11 Рассчитать абсолютную погрешность измерения толщины стенки по формуле:

$$\Delta_S = S_{изм} - S_{уст}, \text{ мм} \quad (4)$$

где $S_{уст}$ – измеренное на оптиметре значение толщины стенки контрольного образца,

$S_{изм}$ – измеренное на установке значение толщины стенки КО.

8.8.12 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным результатом, если абсолютная погрешность измерения толщин стенки соответствуют значениям, приведенным в таблице 7.

Таблица 7

Технические характеристики	УМК-17	УМК-25	УМК-65
Диапазон контролируемой толщины стенки, методом свободных колебаний, мм	от 0,2 до 0,7	от 0,2 до 0,7	от 0,2 до 0,7
Диапазон контролируемой толщины стенки, эхо-импульсным методом, мм	от 0,4 до 4,0	от 0,4 до 6,0	от 0,4 до 22,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения толщины стенки ΔS , мм	$\pm (0,005 \cdot S_{и} + 0,002)$	$\pm (0,005 \cdot S_{и} + 0,002)$	$\pm (0,005 \cdot S_{и} + 0,003)$
	где $S_{и}$ – измеренное значение толщины стенки ОК, мм		

8.9 Определение вероятности выявления дефектов нарушений сплошности

8.9.1 Подобрать РО и КО, входящие в комплект поставки установки, в которых имеются искусственные отражатели (ИО) соответствующие минимальному размеру выявляемых дефектов.

8.9.2 На приборе измерительном двухкоординатном ДИП-6 произвести измерения глубины и длины риски РО и КО. Измерения повторить 5 раз.

8.9.3 Подготовить установку к работе согласно раздела 2 РЭ.

8.9.4 Произвести калибровку установки на РО согласно раздела 3 РЭ.

8.9.5 Установить КО на установку и нажать кнопку ПУСК.

8.9.6 Повторить пункт 8.9.5 методики поверки 20 раз.

8.9.7 Распечатать протокол измерений КО.

8.9.8 В полученном протоколе должны выполняться следующие требования:

- в столбцах АСД (автоматическая сигнализация дефектов) должен стоять знак “+” (срабатывание АСД);

- значение Δ (дБ), разница между средними значениями амплитуд эхо-сигналов (ЭС) от внутреннего и наружного ИО, должна быть менее 3 дБ;

- значение $A_{\text{макс}}$ ОП, максимальная амплитуда ЭС принятого за опорный, должна быть менее 140 %.

8.9.9 Рассчитать вероятность выявления дефектов по формуле:

$$P(A) = \frac{m}{n} \quad (5)$$

где m – количество выявленных дефектов, n – число произведенных измерений.

8.9.10 Установка считается прошедшей операцию поверки с положительным результатом, если вероятность выявления дефектов типа нарушений сплошности не менее 0,95.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Результаты поверки заносятся в протокол. Рекомендуемая форма протокола поверки – приложение А.

9.2 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке в установленной форме в соответствии с приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. №1815.

9.3 При отрицательных результатах поверки, установка признается непригодной к применению и на нее выдается извещение и непригодности в соответствии с приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. №1815 с указанием причин непригодности.

Исполнители:

Начальник
отдела испытаний и сертификации
ФГУП «ВНИИОФИ»



А.В. Иванов

Начальник сектора МО НК
отдела испытаний и сертификации
ФГУП «ВНИИОФИ»



Д.С. Крайнов

Инженер 2-ой категории сектора МО НК
отдела испытаний и сертификации
ФГУП «ВНИИОФИ»



А.С. Неумолотов

Протокол № _____
От «__» _____ 20__ года.

Наименование средства измерения _____
Заводской номер _____
Серия и номер клейма предыдущей поверки _____
Принадлежащее _____
Поверено в соответствии с _____

С применением эталонов: _____

Условия проведения поверки:
Температура окружающей среды _____ °С,
относительная влажность _____ %,
атмосферное давление _____ мм. рт.ст

Результаты поверки:

1. Внешний осмотр _____
2. Идентификация ПО _____
3. Опробование _____
4. Определение основных метрологических параметров:

Наименование параметра	Номинальное значение	Измеренное значение в каналах							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 Размах амплитуды генератора импульсов возбуждения	не менее 300 В								
2 Абсолютная погрешность измерения амплитуды сигналов	не более $\pm 10,0\%$ от полной высоты экрана								
3 Отклонение установки усиления	не более $\pm 2,0$ дБ								


Наименование параметра	Номинальное значение			Измеренное значение
	УМК-17	УМК-25	УМК-65	
4 Абсолютная погрешность измерения наружного диаметра ОК	$\pm 0,005$	$\pm 0,007$	$\pm (0,0002 \cdot D_n + 0,003)$, где D_n – измеренный наружный диаметр ОК, мм	
5 Абсолютная погрешность измерения толщины стенки трубы эхо-импульсным методом и методом свободных колебаний	$\pm (0,005 \cdot S_n + 0,002)$	$\pm (0,005 \cdot S_n + 0,002)$	$\pm (0,005 \cdot S_n + 0,003)$	
	где S_n – измеренное значение толщины стенки ОК, мм			
6 Вероятности выявления дефектов нарушений сплошности	не менее 0,95			

Поверитель

_____ / _____ /
 (подпись) (Фамилия И.О.)

Приложение Б

Согласующее устройство (делитель)



Для защиты канала синхронизации генератора от высокого напряжения с выхода канала дефектоскопа используется согласующее устройство.

Резисторы $R1$, $R2$ подбираются таким образом, чтобы выходное напряжение соответствовало срабатыванию синхровхода генератора. Сумма сопротивлений $R1+R2$ должно быть не меньше 20 кОм.