

Поверка осуществляется по:

– Р 50.2.049-2005 ГСИ. Мониторы медицинские. Методика поверки.

– МИ 3280-2010 ГСИ. Пульсовые оксиметры и пульсоксиметрические каналы медицинских мониторов. Методика поверки (только для комплексов с регистраторами КР-05, КР-06).