


УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ФБУ «Пензенский ЦСМ»



А.А. Данилов

2017 г.

**Система автоматизированная информационно-
измерительная учёта тепловой энергии**

Ново-Рязанской ТЭЦ

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

2017 г.

Настоящая методика поверки устанавливает порядок проведения первичной и периодической поверок Системы автоматизированной информационно-измерительная учёта тепловой энергии Ново-Рязанской ТЭЦ (далее по тексту – система).

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Поверке подлежит система в соответствии с перечнем измерительных каналов (ИК), приведенным в описании типа на систему.

1.2 Первичную поверку системы выполняют перед вводом в эксплуатацию, а также после ремонта.

1.3 Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации через установленный интервал между поверками.

1.4 Интервал между поверками системы – 4 года.

1.5 Средства измерений (далее – СИ), входящие в состав системы, поверяют с интервалом между поверками, установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки какого-либо СИ наступает до очередного срока поверки системы, поверяется только это СИ. При этом поверка системы (в том числе в части измерительного канала, в состав которого входит это СИ) не проводится.

1.6 Замена СИ, входящих в состав ИК системы, на СИ того же типа допускается при наличии у последних действующих свидетельств о поверке. При этом поверка системы (в том числе в части ИК, в состав которого входит это СИ) не проводится.

1.7 Допускается проведение поверки отдельных ИК из состава системы в соответствии с заявлением её владельца.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта документа по поверке	Рекомендуемые средства поверки
1. Подготовка к поверке	7	–
2. Внешний осмотр	8.1	–
3. Проверка комплектности	8.2	–
4. Проверка результатов поверки СИ, входящих в состав системы	8.3	–
5. Опробование	8.4	МСХ-ИИР
6. Проверка ошибок информационного обмена	8.5	–
7. Проверка хода часов	8.6	РЧ-011/2
8. Идентификация программного обеспечения	8.7	–
9. Оформление результатов поверки	9	–

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют средства измерений, указанные в таблице 2.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

Поверку СИ должен проводить персонал, соответствующий требованиям пунктов 44, 45 Приказа Министерства экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации», а также изучивший настоящую методику поверки и эксплуатационную документацию на систему, имеющий стаж работы по данному виду измере-

ФБУ «Пензенский ЦСМ»	Система измерительная Ново-Рязанской ТЭЦ	Методика поверки	Лист 3 из 5
----------------------	---	------------------	-------------

ний не менее 1 года, а также прошедший инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Таблица 2 – Перечень эталонов, применяемых при поверке

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип средства поверки, метрологические характеристики
8.4	Калибратор многофункциональный МСХ-ИР Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока $\pm 0,004$ мА Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сигналов термометров сопротивления $\pm 0,15$ °С
8.6	Радиочасы РЧ-011/2 Установка и коррекция времени по сигналам ЭСЧВ р/ст РБУ Пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,1$ с
Примечание – допускается применять иные средства поверки, обеспечивающие проверку метрологических характеристик с требуемой точностью	

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н), ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 22261-94 и указаниями по безопасности, оговоренными в технических описаниях, руководствах по эксплуатации на измерительные компоненты системы в соответствующей документации на эталоны и другие средства поверки.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться рабочие условия эксплуатации компонентов, входящих в состав системы в соответствии с НД на эти компоненты.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей к местам установки компонентов системы, отключению в необходимых случаях СИ, входящих в состав поверяемых ИК;

- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по эксплуатации применяемого оборудования;

- средства поверки выдерживают в условиях и в течение времени, установленных в нормативных документах на средства поверки;

- все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться ранее других соединений, а отсоединение – после всех отсоединений.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра проверяют:

- отсутствие механических повреждений компонентов, входящих в состав системы;
- состояние линий связи, разъемов и соединительных клеммных колодок, при этом они должны соответствовать технической документации (ТД) на систему и не иметь повреждений, деталей с ослабленным или отсутствующим креплением;
- наличие действующих пломб в установленных местах, соответствие заводских номеров технических компонентов системы номерам, указанным в эксплуатационной документации;
- наличие заземляющих клемм (или клемм на корпусах) шкафов с электрооборудованием, входящим в состав системы.

8.2. Проверка комплектности

Проверка комплектности проводится в соответствии с формуляром на систему и её описание типа.

Считается, что проверка прошла успешно, если комплектность соответствует требованиям формуляра и описания типа.

8.3 Проверка результатов поверки СИ, входящих в состав системы

Проверка результатов поверки проводится путем проверки наличия и срока действия знаков поверки СИ, входящих в состав системы (см. приложение А). При этом знаки поверки должны быть нанесены на СИ и (или) на свидетельства о поверке СИ и (или) в паспорт (формуляр) СИ.

Все СИ, входящие в состав системы, должны обладать действующим статусом поверки. Ежегодный контроль диафрагм и напорных трубок по ГОСТ 8.586.2-2005, должен быть подтвержден соответствующим документом.

8.4 Опробование

8.4.1 Непосредственно перед выполнением экспериментальных исследований необходимо подготовить систему и средства измерений к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

8.4.2 Перед опробованием системы в целом необходимо выполнить проверку функционирования её компонентов путём просмотра архивов с результатами измерений системы. Измеренные значения в архивах должны соответствовать диапазону измерений для каждого ИК (см. описание типа на систему).

8.4.3 Отключить первичный измерительный преобразователь от линии связи, связывающей его с другой частью ИК системы.

8.4.4 Вместо первичного измерительного преобразователя подключить калибратор многофункциональный. При использовании калибратора МСХ-ИР может понадобиться в приборном шкафу системы отключить источник питания для данного измерительного преобразователя и установить вместо него перемычку.

8.4.5 Поочередно установить три значения входного сигнала, равномерно распределенных в диапазоне измерений ИК: 0 %, 50 %, 100 %.

8.4.6 Зарегистрировать показания ИК на сервере системы. Они должны соответствовать установленным значениям на выходе калибратора многофункционального с учётом погрешности данного ИК.

8.4.7 Повторить п.п. 8.4.3-8.4.6 для всех первичных измерительных преобразователей, имеющих выходной сигнал 4-20 мА.

8.5 Проверка ошибок информационного обмена

На сервере системы распечатывают значения результатов измерений, зарегистрированные за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных, соответствующих каждому интервалу времени. Пропуск данных не допускается за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или устранным отказом какого-либо компонента системы.

8.6 Проверка хода часов

Для проверки хода часов выполнить сличение показаний часов сервера с показаниями радиочасов РЧ-011. Через 24 часа повторить сличение. Различие результатов измерений интервала времени 24 часа не должно превышать ± 5 с.

Данную проверку допускается не проводить, если есть данные о поверке приемника сигналов СОЕВ от которого поступает сигнал точного времени в систему.

8.7 Идентификация программного обеспечения

Пользуясь указаниями документа «Инструкция по работе с системой. Руководство пользователя» провести проверку идентификационных данных метрологически значимого программного обеспечения.

Результат проверки считается положительным, если фактические идентификационные данные метрологически значимого программного обеспечения совпадают с приведенными в описании типа на систему.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 На основании положительных результатов поверки системы оформляется свидетельство о поверке по форме приложения 1а к Порядку проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному Приказом Минпромторга от 2 июля 2015 г. № 1815. На оборотной стороне свидетельства о поверке указывается состав системы.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Примечание – Если в соответствии с заявлением владельца системы проведена поверка отдельных измерительных каналов из состава системы с положительными результатами, в свидетельстве о поверке системы обязательно должен быть приведен перечень этих измерительных каналов.

9.2 На основании отрицательных результатов поверки системы оформляется извещение о непригодности к применению по форме приложения 2 к Порядку проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному Приказом Минпромторга от 2 июля 2015 г. № 1815.